



天主教中華聖母修女會醫療財團法人天主教聖馬爾定醫院

檢驗科_糞便潛血免疫法檢驗採檢說明



iFOB/iTF 2in1 test (LC19)

採檢注意事項


1. 請避開生理期（月經出血）、痔瘡出血、便秘出血或血尿時採檢，若在上述情況下採檢可能干擾受測結果造成偽陽性。
2. 採便棒戳刺糞便的不同部位（至少 6 個位置），建議每個位置戳刺 6~10 下採便棒旋回採便器中，可提高檢測結果之正確性。
3. 若有水便狀況，不易採檢時，請改日再取。
4. 採集新鮮糞便勿觸碰到馬桶水或清潔劑（漂白水、明礬、氯）等物質。

糞便採檢管 採檢步驟如下：


1. 請勿打開藍色上蓋。
2. 旋轉白蓋端取出採便棒
3. 以採便棒前端反覆滾動戳刺糞便至少 6 個位置，建議每個位置戳刺 6-10 下(約 1.4~2 mg)




4. 確定糞便填滿採便棒前端（圓圈處）



5. 將採便棒插回採檢管內



6. 往下（依箭頭指示）按壓後旋轉拴緊後送檢



7. 採檢後儲存在室溫（18-25°C）6 小時內或冷藏於冰箱下層 24 小時內送檢，未依溫度儲存於規定時間內送檢，建議重採。

檢驗科服務時間：星期一~五：早上 07:00~晚上 10:00；星期六：早上 07:00~下午 06:00；
例假日不受理。

採檢說明者簽名：_____

表單編號：H3L0-W-R01-02

檢驗科製